



Sanok, dnia 05.01.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOT. ZESTAW DO BADAŃ PRZENIKALNOŚCI AKUSTYCZNEJ

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw do badań przenikalności akustycznej powinien składać się z:

- kabina akustyczna o wymiarach 900x1600x900 mm,
- zestaw nadajnika dźwięku w zakresie 500 - 10 000 Hz, temperatura 23°C ± 5°C, hałas 110dB ± 10dB,
- rejestrator dźwięku.

Dokładny opis zawarty jest w załączniku nr 1.

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna.przygorzewska@stomilsanok.com.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: „STOMIL SANOK” S.A., ul. Reymonta 19, 38-500 Sanok, Laboratorium Badawczo-Kontrolne do dnia 01.02.2011 r.

3. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

- pełna zgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
- cena,
- termin wykonania.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Przygórzska pod numerem telefonu (13) 46 54 816 oraz adresem e-mail: joanna.przygorzewska@stomilsanok.com.pl

5. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – metoda badania przenikalności akustycznej zawierająca dokładny opis zestawu do badań.